

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA 51.09 - 2025

Solicitamos a gentileza de nos fornecer pesquisa de preço, com a especificação abaixo, por parte da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN.

OBJETIVO:

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN tem como objetivo a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material e equipamentos de laboratório para montagem de 1 (um) laboratório 24h, sob demanda para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Gostoso-RN, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Agradecemos antecipadamente, ao mesmo tempo em que solicitamos dessa conceituada empresa que nos forneça os preços praticados dos itens infra mencionados:

1. Descrição

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ANALISADOR BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO. • ESPECIFICAÇÕES: • SISTEMAS: Sistema randômico, com alimentação contínua de amostras e reagentes; • VELOCIDADE: 100-200 testes fotométricos/hora ou 400 testes/hora com módulo ISE (opcional); • TIPO DE MEDIÇÃO/LEITURA: Ponto final, tempo fixo e cinético, calibrações lineares e não-lineares (turbidimetria); • ROTOR: • Rotor refrigerado de reagentes (2~12°C) com 80 posições durante 24h; • Rotor com 40 posições para amostras; • Tampa de proteção do rotor de reagentes e tampa que cobre toda a área de trabalho do equipamento – reduz evaporação e protege contra ação da luz. • VOLUME DE REAGENTE/TESTE: 150 ul; • TUBO DE REAGENTE: Trabalha com tubos primários de 5ml, 6ml e cups de amostras pediátricas (tubos de 2ml); • CÓDIGO DE BARRAS: Leitor de código de barras para amostras e para reagentes; • PROBE DE AMOSTRAS E REAGENTES: Sensor de nível de líquido, proteção contra colisões, verificação de inventário, pré-aquecimento de reagentes; • CUBETAS: • Rotor com 40 cubetas descartáveis; • Checagem automática da qualidade das cubetas antes de realizar os testes. • OUTRAS CARACTERÍSTICAS: • Urgências podem ser colocadas em qualquer momento e a qualquer hora; • Lavagem interna e externa da agulha com água purificada pré-aquecida; • Homogeneização com mixer independente e automático; • Sensor de nível para soluções de lavagens e galões de resíduos; • Pré-diluição automática de amostras; • Pré-análise automática da amostra, para casos acima da linearidade ou de outros valores definidos por métodos (valores de pânico). • CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA: • ≤ 2 litros/horas; • Possibilidade de manter somente a refrigeração de reagente em funcionamento diminuindo o consumo de energia do equipamento durante a noite e mantendo assim a estabilidade do reagente on-board. • INCUBAÇÃO: • Incubação e leitura a 37 °C; • 8 filtros de leitura – 340 a 670 nm. • DADOS E SISTEMA: • Arquivo de resultados de pacientes, C.Q e Calibrações com possibilidade de backup; • Programa completo de controle de qualidade, com cálculos de média, desvio-padrão e coeficiente de variação (memorizados); • Possibilidade de programar perfis. • INTERFACE E ACESSO: • Interface bi-direcional; RS-232; • Software em ambiente com Windows 8; • Acesso Remoto para monitoramento do sistema e diagnóstico de erros. • ENERGIA: 200~240 V 50/60 Hz, ≤1000VA ou 100~130V, 60Hz, ≤1000VA; • TAMANHO E PESO: 69cm Lx59,5cm Ax58cm P 47kg	UND	1	-	-
2	OICROMA II - ANALISADOR POINT OF CARE (POCT) SEMIAUTOMATIZADO PARA LEITURA DE FLUORESCÊNCIA TEMPO-RESOLVIDA (TRF) COM MARCDOR EUROPEO. ESPECIFICAÇÕES: • Leitor portátil de cassetes por imunoensaio de fluorescência; • Avançado sistema ótico permitindo a utilização de testes com alta sensibilidade; • Impressora Térmica Embutida; • Tela LCD colorida de 7" com interface Android: Menus simples e intuitivos oferecem uma experiência amigável; • Conectividade LAN/WIFI/Bluetooth	UND	1	-	-
3	• ANALISADOR DE ELETRÓLITOS	UND	1	-	-

	• ESPECIFICAÇÕES: • Eletrodos sem manutenção; • 100ul; • DOSAGEM: Sódio, potássio, Cloreto, Cálcio ionizado e Lítio; • TIPO DE AMOSTRA: Sangue total, soro, plasma, urina diluída, dialisados, soluções aquosas e controle de qualidade; • Aspiração da amostra de tubo primário, seringa, ampola de controle de qualidade ou capilar (com adaptador); • TEMPO DE ANÁLISE: até 60 segundos • 60 amostrar hora sem impressão e 45 amostrar hora com impressão; • Calibração automática; • Armazenamento Pacientes – até 128 amostras CQ – até 20 cada (Normal, Baixo e Alto); • Gerenciamento de dados por microprocessador, memória das últimas 20 mensagens de erro; - Impressora térmica.				
4	ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO ESPECIFICAÇÕES: O XN-350 é o analisador de diferencial de 6-partes de design compacto com computador embutido para análise de amostras em tubos abertos que se encaixa facilmente em qualquer em qualquer bancada ou mesa de laboratório. Essa solução inovadora mantém a tradição Sysmex de confiança nos resultados já que utiliza o método de citometria de fluxo fluorescente para a contagem diferencial que inclui o parâmetro de granulócitos imaturos (IG) em todos os hemogramas, além da metodologia de impedância com foco hidrodinâmico para contagem precisa de eletrólitos e plaquetas e do método de sulfato laurel de sódio (SLS) livre de cianeto para determinação da hemoglobina.	UND	1	-	-
5	MICROSCÓPIO BINOCULAR ESPECIFICAÇÕES: Microscópio binocular Coleman, inclinação 30°, ocular 10x/18MM, pc 1 2.808,00 Revólver quadruplo, objetivas acromáticas 4x, 10x, 40x, 100xS, platina 140x140mm, iluminação led. Modelo: N125 Led	UND	1	-	-
6	MICROSCÓPIO BACTERIOLÓGICO DA MARCA OLYMPUS OU SIMILAR	UND	1	-	-
7	MICROSCÓPIO ENTOMOLÓGICO (LUPA)	UND	1	-	-
8	TESOURA CIRÚRGICA	UND	2	-	-
9	PINÇAS CIRÚRGICAS (MÉDIA)	UND	2	-	-
10	PLACAS DE PETRI	UND	4	-	-
11	LÂMINAS PARA MICROSCÓPIA 25x75mm (CAIXA)	UND	3	-	-
12	LAMÍNULAS 24x24 (CAIXA)	UND	5	-	-
13	TUBITOS	UND	500	-	-

1- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

1.1. As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: cotacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br ou protocoladas no endereço Av. dos Arrecifes, nº 1710, Centro, São Miguel do Gostoso/RN, em envelope lacrado durante o horário de expediente (segunda a sexta, das 08 às 12h).

1.2. Na proposta de preço deverá constar obrigatoriamente a marca do produto ofertado, o valor unitário e valor total. O valor constante da proposta deve compreender todos os **impostos, taxas, fretes, seguros, instalações e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos serviços ofertados**, abrangendo assim, todos os custos necessários à execução do objeto desta cotação em perfeitas condições de uso.

1.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados do envio através de e-mail ou mediante protocolo na Secretaria deste município.

1.4. É vedada a proposta de quantidade inferior ou em desacordo com a solicitada neste expediente.

Para fins de elaboração da proposta, a empresa deverá constar os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA QUE DEVERÃO CONSTAR NA COTAÇÃO.

Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ nº:
Inscrição Estadual ou Municipal nº:
Endereço da Empresa:
Telefone de Contato da Empresa:
E-mail:
Nome do Representante Legal:
Telefone de Contato do Representante da Empresa:
Data da emissão da Cotação:
Validade da Cotação: Mínimo de 180 dias.

Assinatura do Responsável da Empresa

J A AGRONEGOCIOS LTDA
Responsável pela pesquisa de preços